

仕 様 書

1 仕様内容

人工透析装置交換部品

2 指定機器の構成

メーカー：日機装株式会社

1. DCS-100NX交換部品 (25台分)

①メンテナンスキット (複式ポンプ) (内訳)	X66-000800	25式
・ポペットバルブ組立	X04-504W00	100個
・リング (Oリング)	R01-036B14	100個
・シール (キャップシール)	S03-015A01	50個
・ブロック (スライダ)	X95-000400	25個
・ベアリング (テープ)	B07-069A00	50個
②ギアヘッド (複式ポンプ)	X01-030211	25個
③メンテナンスキット (除水ポンプ) (内訳)	X66-003900	25式
・SMP入口接手組立	X06-113W01	25個
・SMP出口接手組立	X06-113W02	25個
・キャップシール	S03-000500	25個
・ベアリング (テープ)	B07-140A00	25個
・Eリング	QN8-30ST	25個
④カム組立	X05-882Z00	25個
⑤メンテナンスキット (カスケードポンプ) (内訳)	X66-000700	25式
・リング (Oリング) 大	R01-036B41	50個
・リング (Oリング) 中	R01-036B37	50個
・リング (Oリング) 小	QB2401-P7-F4D	100個
⑥インペラ	X95-001000	50個
⑦ガスケット	G02-217A00	25個
⑧ダイヤフラム	D03-027A00	75個
⑨バルブ (メンテナンスマスク)	V01-002020	200個
⑩メンテナンスキット (CFリークテスト) (内訳)	X66-006900	25式
・フィルタ	F03-002400	50個
・ポペットバルブ組立	X04-504W00	25個
・リング (Oリング)	R01-036B14	25個

⑪ダイアライザーホース組立 (内訳)	X66-007100	25式
・フィルタ組立 (マル6.5)	X01-001301	25個
・シリコンホース	H06-002600	30m
・シリコンホース	H06-001A11	26.3m
・シリコンホース	H06-001A11	3.8m
⑫カップリング (メンテナンスキット)	C06-000110	50個
⑬バルブ (減圧) バルブAssyキット	V01-003811	25個
⑭フィルタ (ファン用 スポンジ大)	F03-073A00	25個
⑮フィルタ組立 (マル8)	X01-001401	25個
⑯サンプリングボード (φ5)	EF-P25	20個
⑰サンプリングボード (φ6.5)	EF-P26	20個

2. DBB-100NX交換部品 (2台分)

①メンテナンスキット (複式ポンプ) (内訳)	X66-000800	2式
・ポペットバルブ組立	X04-504W00	8個
・リング (Oリング)	R01-036B14	8個
・シール (キャップシール)	S03-015A01	4個
・ブロック (スライダ)	X95-000400	2個
・ベアリング (テープ)	B07-069A00	4個
②ギアヘッド (複式ポンプ)	X01-030211	2個
③メンテナンスキット (原液注入ポンプ) (内訳)	X66-000500	4式
・SMP入口接手組立	X06-113W01	4個
・SMP出口接手組立	X06-113W02	4個
・キャップシール	S03-006A00	8個
・リング (Oリング)	X95-001711	4個
・ベアリング (テープ)	B07-140A00	4個
・Eリング	QN8-30ST	4個
④カム組立	X05-882Z00	4個
⑤フィルタ組立	X06-370W00	4個
⑥背圧弁組立 (白)	X06-708W00	2個
⑦背圧弁組立 (青)	X06-708W01	2個
⑧リング (Oリング)	R01-200A04	4個
⑨メンテナンスキット (除水ポンプ) (内訳)	X66-003900	2式
・SMP入口接手組立	X06-113W01	2個
・SMP出口接手組立	X06-113W02	2個
・キャップシール	S03-000500	2個

・ベアリング (テープ)	B07-140A00	2個
・Eリング	QN8-30ST	2個
⑩カム組立	X05-882Z00	2個
⑪メンテナンスキット (カスケードポンプ)	X66-000700	2式
(内訳)		
・リング (Oリング) 大	R01-036B41	4個
・リング (Oリング) 中	R01-036B37	4個
・リング (Oリング) 小	QB2401-P7-F4D	8個
⑫インペラ	X95-001000	4個
⑬フィルタ組立 (マル5)	X01-001501	2個
⑭ガスケット	G02-217A00	2個
⑮ダイヤフラム	D03-027A00	6個
⑯バルブ (メンテナンスバルブ)	V01-002020	24個
⑰メンテナンスキット (CFリークテスト)	X66-006900	2式
(内訳)		
・フィルタ	F03-002400	4個
・ポペットバルブ組立	X04-504W00	2個
・リング (Oリング)	R01-036B14	2個
⑱薬液電磁弁組立	V01-262B00	2個
⑲薬液ライン組立 (NACLO)	X01-253801	2個
⑳薬液ライン組立 (酢酸)	X01-253802	2個
㉑薬液ライン組立 (NACLO)	X07-354W01	2個
㉒薬液ライン組立 (酢酸)	X07-354W02	2個
㉓ダイヤライザーホース組立	X66-007100	2式
(内訳)		
・フィルタ組立 (マル6.5)	X01-001301	2個
・シリコンホース	H06-002600	2.4m
・シリコンホース	H06-001A11	2.1m
・シリコンホース	H06-001A11	0.3m
㉔カップリング (メンテナンスキット)	C06-000110	4個
㉕バルブ (減圧) バルブAssyキット	V01-003811	2個
㉖サンプルポート組立	X07-609W01	4個
㉗フィルタ (ファン用 スポンジ大)	F03-073A00	4個
※同等品不可とする。		

3 納品期限

令和8年9月30日

4 入札書

部品の搬入搬出を含め、まとめて一式で記入願います。

5 その他

- ① 機器の搬入及び据付の施行日程等については、別途当院と協議の上決定する。
- ② 本仕様書に明記されていない事項で、疑義が生じた場合は当院と協議すること。

※ 何か不明な点がございましたら、深川市立病院事務部管理課職員経理係(Tel 0164-22-1101 内線 2035)まで連絡下さい。